ESCLARECIMENTO 2

Local: Porto Alegre
Data: 01/07/2015
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015

DE: Comissão de Licitação
PARA: Os Licitantes

Informamos a todos os licitantes interessados na PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015 a seguinte solicitação de esclarecimento solicitada por e-mail no dia 29 de junho de 2015:

Pergunta 01: Iremos participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015 e gostaríamos de sanar algumas dúvidas em relação ao produto especificado para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015.
As características mínimas do item deste pregão, que nos questionamos são as em relação a aplicação da logo marca , protetor da haste e clips para prender na roupa.
Observamos que talvez a descrição do edital direciona as caraterísticas do termômetro solicitado para um modelo especifico do fabricante Incoterm código: 30.1040 , cujo preço é 3x maior que o preço do item já fornecido para SEBRAE -RS.
Por esse motivo gostaríamos de desmitificar se entendimento e com objetivo de concorrer fornecendo um modelo que atenda as características técnicas para o tipo de aplicação e com preço justo . O modelo código 6132 da marca Incoterm. O modelo 6132 não tem como efetuar a gravação do logo.
Por esse motivo apresentamos o modelo 9791 , com as mesmas funcionalidades desejadas e com o protetor de haste na ponta , mas não permite prender na roupa.
1)Desejamos saber se o modelo 9791 , que atende as especificações técnicas desejadas na especificação deste edital , mas não possui clips para prender na roupa, será aceito para atender as necessidades de aplicação manifestadas no presente edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015 e se será aceito no fornecimento mesmo não possuindo o clips para fixar na roupa?
2) Quanto a aplicação do logo . O logo poderá ser aplicado na lateral ou é indiferente o local ?

Resposta 01: Não tivemos a pretensão de direcionar marcas. Avaliando os questionamentos e com objetivo de ampliar a competividade realizamos as seguintes adequações na descrição do objeto:

Características mínimas desejáveis:

- ***Faixa de Escala mínima: - 15º à 150ºc ou correspondente em Grau Fahrenheit;***
- ***Possibilidade de gravação de memória de mínima e máxima;***

- ***Indicação e de temperatura °C / °F selecionável;***
- ***Precisão mínima desejável: 1ºc / 1,8º final de escala;***
- ***Haste de inox com penetração mínima desejável de 3,5 X 125 mm;***
- ***Caixa protetora em policarbonato para o instrumento;***
- ***A prova d'agua (resistente a evaporação e condensação);***
- ***Botão liga/desliga;***
- ***Display de cristal líquido com no mínimo: 7mm X 3mm;***
- ***Alimentação: Bateria 1,5 Volts (tipo relógio);***
- ***Tempo de resposta mínimo desejável: 7 segundos.***
- ***Com manual e recomendações de uso em português;***
- ***Garantia mínima desejável: 6 meses;***
- ***Aplicação da logomarca SEBRAE em uma cor, para personalização da peça (a aplicação pode ser nas laterais, frontal ou traseira). Não será aceito adesivo.***

As demais especificações são indispensáveis para atendermos a demanda do projeto.

Devido a essas alterações a licitação será prorrogada para o dia 13/07/2015 (Disputa de lances as 14 horas). O edital retificado consta nos sites BB e Sebrae/RS.

Atenciosamente.

ASSINADO ORIGINAL

Vanessa da Costa Marques
Pregoeira

Renata Brito Thiesen Camara
Membro da Comissão

Antonio Carlos Peroni Dias
Membro da Comissão

Carlos Augusto Avila Cesar
Membro da Comissão

Luiz Ávila
Membro da Comissão